BADE ZAHNTECHNIK

Version 2

Fotostatus ***light*** für das Labor
bei Frontzahnversorgungen und Modellanalysen für umfangreiche Versorgungen

(Eine gute Ausleuchtung ist oft schon durch Fensterlicht zu erreichen.)

Beide Ohren müssen gut sichtbar und gleich groß zu sehen sein,
dann ist das Gesicht mittig abgebildet.
Die Kamera bitte immer auf Augenhöhe halten.

Am Besten setzt sich das Fotomodell aufrecht hin oder stellt sich hin,

Video

Bitte nicht mit Behandlungslicht fotografieren

bitte niemals hinlegen lassen oder ähnliches.

(Alle Aufnahmen wurden mit einem Smartphone gemacht.)

Zur Farbnahme bitte immer Wangenabhalter verwenden und die Farbmusterzähne in der gleichen Entfernung zur Kamera halten, in direkten Kontakt zu den Schneidekanten der betreffenden Zähne.

Nach der Präp bitte ein Foto mit Farbmuster
für Stumpfmaterial: IPS Natural Die Material



Video zum Gesichtsbogen

Bade Zahntechnik 0385/77170 info@bade-zahntechnik.de Wolfgang Bade©